


杉山 修一様

## 放射性セシウム測定結果報告書

測定日 1/8/2016

測定者	久郷 英樹 
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------

### 1 測定試料名及び採取日

試料名	採取場所	採取者氏名	試料採取日	試料預り日
そば	塩谷郡塩谷町肘内	杉山 修一	1/9/2016	1/7/2016

### 2 測定日時及び条件


測定試料	測定条件		測定機器
そば	測定時間	1 時間	ATOMTEX
	重量	750g	AT1320A/C
	測定容器	Marinelli.1ℓ	

### 3 測定結果

測定試料	核種	放射能濃度(Bq/kg)	放射性セシウムの新基準値(H24年 4月より)	
そば	I-131	検出下限値未満	飲料水	10Bq/kg
	Cs-137	検出下限値未満	牛乳	50Bq/kg
	Cs-134	検出下限値未満	一般食品	100Bq/kg
			乳児用食品	50Bq/kg
		<b>検出下限値 &lt; 10Bq/kg</b>		

NPO 法人 民間稲作研究所 〒329-0526 栃木県河内郡上三川町鞆堂 72

Tel/Fax 0285-53-1133

責任者	稲葉 博國 
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------