

すぎやま農場様

放射性セシウム測定結果報告書

測定日 10/6/2015

測定者 久郷 英樹



1 測定試料名及び採取日

試料名	採取場所	採取者氏名	試料採取日	試料預り日
平成 27 年産すぎやま農場生産特別栽培ゆうだ い 21	塩谷町	すぎやま農場	10/4/2015	10/5/2015

2 測定日時及び条件

測定試料	測定条件		測定機器
平成 27 年産すぎやま農場 生産特別栽培ゆうだ い 21	測定時間	1 時間	ATOMTEX
	重量	950g	AT1320A/C
	測定容器	Marinelli.1ℓ	

3 測定結果

測定試料	核種	放射能濃度(Bq/kg)	放射性セシウムの新基準値(H24.年 4月より)	
平成 27 年産すぎやま農場生産特別栽培ゆうだ い 21	I-131	検出下限値未満	飲料水	10Bq/kg
	Cs-137	検出下限値未満	牛乳	50Bq/kg
	Cs-134	検出下限値未満	一般食品	100Bq/kg
		検出下限値 < 10Bq/kg	乳児用食品	50Bq/kg

NPO 法人 民間稲作研究所 〒329-0526 栃木県河内郡上三川町鞆堂 72

Tel/Fax 0285-53-1138

責任者 稲葉光國

